

	NIVEL	AREA	Nº DE LOCAL	LOCAL	EQUIPAMIENTO	DESCRIPCION
Nivel - 5.95 mts Acceso de servicio		Servicios	TD - 15	Deposito de cadaveres	camara frigorifica para conservacion de cadaveres (4 puertas)	Construida en acero inoxidable. Con 4 puertas frontales de aproximadamente 60 cm x 60 cm. Cada puerta alojara una bandeja deslizante de aproximadamente 2 mt de largo por 50 cm de ancho, montada sobre un mecanismo de guias deslizantes capaz de soportar en
		Servicios	ECL - 02	Sector autoclave	autoclaves horizontales, eléctricos, de 544 lts. de capacidad de carga, una sola puerta, de acero inoxidable calidad AISI 316, tensión de trabajo 380 volt con carnos de carga rodantes. CANTIDAD: dos (2)	Cámaras diseñadas de acuerdo al código ASME y construidas en acero inoxidable calidad AISI 316 L. Puerta simple deslizante vertical antiexplosiva, con sistemas de seguridad incorporados Unidad de Control automática microprocesada con pantalla de operador
					estufa de calor seco, con control de tiempo y temperatura automáticos y con una cámara de carga útil de 60 cm x 40 cm. CANTIDAD : uno (1)	Marca: Del Giudice, Hogner, Faeta, equivalente o superior calidad. Dimensiones exteriores aproximadas 80 x 60 cm
					lavadora ultrasónica de instrumental. CANTIDAD: uno (1)	Gabinete de acero inoxidable de aproximadamente 1 metro de frente por 60 cm de profundidad y 80 de alto. Recipiente de lavado de aproximadamente 40 lt. Fabricante: Faeta equivalente o superior calidad.
						Una vez instalados los autoclaves y estufas se ejecutará el cerramiento del frente de los equipos con chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor y soportado por pliegues de 10 mm en la chapa formando una U.
			ECL - 08/09/22	Sectores de lavado, secado, planchado y costura	Lavarropas. CANTIDAD: cuatro (4), secarropas. CANTIDAD: tres (3) y planchadora. CANTIDAD: uno (1) industriales; maquina de coser overlock. CANTIDAD: una (1)	Se proveerán e instalarán lavarropas industriales de 32 kgs Modelos L-32 Marca Marva equivalente o sup. calidad, cant 3; lavarropas industriales de 12 kgs Modelo L-12 Marca Marva equivalente o sup. calidad, cant 2; secarropas industriales de 33 kgs Modelo
			ECL - 04	Cocina (coccion)	Campana. CANTIDAD: una (1) Hornalla de piso. CANTIDAD: una (1) Cocinador de pasta CANTIDAD: uno (1) Cocina de 2 hornallas y baño maria. CANTIDAD: una (1) Anafe plancha lisa rectificada. CANTIDAD: una (1) Mesadas con estantes inferiores, medidas varias CAN	campana mural c/ filtros de 4,50x1,20 mts; hornalla de piso; ajuste equipo 0,66x0,25 mts; cocinador de pastas S-700 G 47; cocina de 2 hornallas y baño maria S-900 G; cocina 4 hornallas S-900 G; anafe plancha lisa rectificada S-900 G; estantes reja de amura
		Servicios	ECL - 16/17	Cocina (preparacion)	Mesada con bacha CANTIDAD: cuatro (4) Mostrador refrigerado CANTIDAD: cuatro (4) Estante doble sobre mesada CANTIDAD:tres (3) Recipiente residuos CANTIDAD: cuatro (4) Recipiente residuos CANTIDAD: uno (1)	mesada de 1,20x0,75 mts con bacha de 0,60x0,50x0,30 mts cant.4; mostrador refrigerado MR 1500 con equipo incorporado cant. 4; estante doble s/ mesada de 2,70x0,40 mts cant 3; recipiente de residuos en acero inox. cant 6. Ingenieria Gastronomica equivalen
			ECL - 15	Cocina (lavado de vajilla)	Resipiente de residuos con base CANTIDAD: dos (2) Mesada con tolva CANTIDAD: dos (2) Estante vasero CANTIDAD:uno (1) Mesada con bacha CANTIDAD: una (1) Duchador CANTIDAD: uno (1) Pasa platos CANTIDAD: dos (2)	recipiente de residuos en acero inoxidable con base cant 2; mesada de 1,40x0,75 mts con tolva cant 2; estante vasero doble de amurar de 2,00x0,40 mts cant 1; mesada de 3,00x0,75 mts con bacha de 1,00x0,50x0,50 mts cant 1; duchador cant 1; pasa platos de a
			ECL - 18	Cocina (lavado de carros)	Mesada con bacha CANTIDAD: uno (1) Recipiente residuos CANTIDAD: uno (1)	mesada de 2,00x0,80 mts con bacha de 1.00x0,60x0,50 mts cant 1.Ingenieria Gastronomica equivalente o superior calidad.
			ECL - 20	Deposito de lacteos y carnes	Refrigerador 4 puertas CANTIDAD: dos (2)	Refrigerador Mod. 44 (1400x850x2010) capacidad 1960PH GN2/1 - 4 puertas - gabinete acero inoxidable exterior esmerilado mate. Ingenieria Gastronomica equivalente o superior calidad.
	Nivel 0,00 Acceso del publico		Guardia	G - 03 G - 04	Sector Sala de procedimientos y sala de observaciones	cortinado de separacion
		Imágenes	IL - 17 IL - 18	Sala de rayos 01 - 02	Equipo de RX Digital Directo CANTIDAD: uno(1) el mismo tiene que contar con un puesto fijo y una mesa de estudios. Impresora láser apta para el equipo.	Los equipos se conectaran a la red informática del hospital.Las marcas sugeridas son Toshiba, General Electric, Philips de 800 mA. Las dimensiones aproximadas están en el plano de planta del proyecto. La procesadora será marca Kodak o Agfa. Las marcas sera
		Laboratorio	IL - 07	Laboratorio Microbiologia	Cabina de Flujo Laminar Clase II Tipo A2 en el sector de Bacteriología. CANTIDAD: uno (1)	Marcas VECO, Novatech, Insbal. Con mesa de apoyar, altura de trabajo 80 cm dimensiones aproximadas 110 cm de frente, profundidad 60cm; alto 60cm. Las marcas seran equivalentes o superior calidad.
		Laboratorio	IL - 38	Local para Chamberlain y inodoro clinico	Autoclave vertical tipo Chamberlain CANTIDAD: uno (1)	capacidad 75 litros, eléctrico.Marca FRODIAP equivalente o superior calidad.
		Cirugias	Cir 01/02/15/16	Quirofanos Nº12/3/4	Lámpara scalitrica de 120000 lux, de LEDs, doble lámpara, (1 para cada quirófano)	equipo alta gama, modelo: PowerLed marca Maquet distribuido por Air Liquide. Equivalente o superior calidad.
CTG - 16			Circulacion Tecnica General	Camilla de transferencia para el acceso de pacientes al área de cirugía.	Esta contare con puerta de abrir total, que permite el ingreso del paciente, con trava interior. Totalmente construido en chapa de acero inoxidable – de 1.25 mm – AISI 304 – Conductible antimagnetico. Terminaciones pulido sanitario acabado satina mate. Pu	
Cir - 14			Circulacion interna cirugias	dos piletones de dos puestos de lavado cada uno, con accionamiento automático	Pileton de acero inoxidable marca Pettinari metal. Equivalente o superior calidad	
		Partos	PNH - 26/29	Sala de partos	Lámpara scalitrica de 100000 lux, de LEDs, doble lámpara, (1 para cada quirófano)	modelo Axcel - iluminacion fria, equipo de una cupula, distribuye Air Liquid
PNH - 27			Zona restringida	dos piletones de dos puestos de lavado cada uno, con accionamiento automático	Pileton de acero inoxidable marca Pettinari metal. Equivalente o superior calidad	
		Neonatalogia	PNH - 16	Lactario	Equipo de procesamiento de biberones	marca Faeta, equivalente o superior calidad.
Nivel + 3,50	Terapia intensiva	Ti - 01/08/16/17	Box de internacion	cortinado de separacion	Estructura metalica con cortina divisoria compuesta por: parte superior de 75 cm de tela tramada, paño inferior de 1,40 m de tela de PVC lavable ambos paños adheridos por broches, Modelo: Dinamica Marca: Tecnologia Medica equivalente ó superior calidad.	

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

GOB. PROV. DEL NEUQUEN

DIP | Arq

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:

NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"

Complejidad VI - 2ª ETAPA

LUGAR:

SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO:

LISTADO DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO

CALCULO

DIGITALIZO

ESCALA

FECHA

MODIF.1

MODIF.2

PLANO Nº

03-40